



ADENDO AO EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021)

O Presidente da Comissão de Licitação de Granja/CE, comunica alteração no instrumento convocatório referente a descrição de 03 (três) itens, segue abaixo **RETIFICAÇÃO**, retificação essas referente ao processo de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021** – cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.**

ONDE SE LÊ:

- **ITEM 07 - Cardiocógrafa** – Configuração: Portátil; Com Impressora; Gestação Gemelar; Com Suporte.
- **ITEM 09 - Detector Fetal** – Tipo: Portátil; Tecnologia: Digital; Display: Possui;
- **ITEM 13 - Oxímetro de Pulso tipo portátil** (de mão) com 1 (um) sensor;

LEIA-SE:

- **ITEM 07 - Cardiocógrafa** portátil com impressora integrada, gestação gemelar c/ suporte. display lcd touchscreen colorido no mínimo 7". alça integrada para transporte e luzes indicadoras de ritmo cardíaco (estável ou instável). impressão em tempo real, no próprio equipamento formato a4. velocidade de impressão programável: 1,2,3 cm/min. botão marcador de eventos, registro de movimentos fetais. painel de controle interativo com teclas de membrana com funções e atalhos. memória de aproximadamente 70h de armazenamento. acompanha sistema multi central de monitoramento fetal sem fio para até 16 leitos. bateria com autonomia mínima de 2h. saída rs232 ou usb. software para conexão com computador para arquivamento de exames. acessório (s): 1 mesa auxiliar com rodízios, freios e 1 gaveta.
- **ITEM 09 - Detector Fetal** tipo de mesa, tecnologia digital com display colorido para visualização numérica e onda do batimento cardíaco fetal / porta usb: possui/ alimentação: bateria interna recarregável/ entrada para fone ouvido ou gravador de som: possui.
- **ITEM 13 - Oxímetro de pulso**, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: neonatal, pediátrico e adulto; modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento. O equipamento deveser possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; Deveser apresentado o Certificado de Boas Práticas de Fabricação, manual técnico e de operação em português, garantia mínima de 1 (um) ano.

GRANJA, 03 de Maio de 2021.

William Rocha Costa

WILLIAM ROCHA COSTA
Presidente da Comissão de Licitação

